

**TSE**

Smart technologies



---

**BABY ACTIVE TI – 401**

---

**Transportní inkubátor**

## Baby Active TI – 401 Transportní inkubátor

Transport tak křehkých a zranitelných pacientů, jakými jsou novorozené děti, vždy představuje riziko nežádoucího stresu. Naším úkolem je zajistit malému pacientu bezpečnost i stabilní prostředí a minimalizovat dopady nežádoucích vnějších vlivů.

Pevná konstrukce inkubátoru Baby Active TI – 401 je navržena tak, aby odolávala náporu transportního provozu a zároveň tlumila nárazy. Bezpečnostní popruhy a speciální antistresová matrace jsou zárukou bezpečí a pohodlí dítěte. Dvojitý průhledný kryt nabízí ideální tepelně-izolační vlastnosti a poskytuje ošetřujícím optimální viditelnost pacienta například při vyšetření integrovaným LED světlem.

Ideální mikroklima, teplotu a koncentraci kyslíku ve vzduchu systém stabilně udržuje a kontroluje. O možných výkyvech parametrů referuje optickou a zvukovou signalizací klíčových alarmů. Součástí vybavení jsou dvě kyslíkové lahve.

Vnitřní zdroj inkubátoru udrží přístroj v aktivním režimu minimálně 4 hodiny. Napájení lze připojit k autobaterii či do běžné elektrické sítě.

**Doplňkové příslušenství:** kompaktní podvozek, který umožňuje snadnou manipulaci v nemocničních prostorech, je dobře ovladatelný, slouží k transportu z porodního sálu na oddělení; standardní podvozek pro transport v sanitním voze; možnost vybavení přídatnými přístroji.



<b>Napájecí napětí</b>	230 V, 50/60 Hz
------------------------	-----------------

<b>Baterie</b>	2 x 12 V / 28 Ah
<b>Příkon – síť</b>	380 W
<b>Vnější napájení</b>	195 W

<b>Rozsah nastavení teploty</b>	28,0 – 38,0 °C plynule
<b>Rozsah nastavení koncentrace O<sub>2</sub></b>	21 – 50 %
<b>Max. úroveň hladiny vnitřního hluku</b>	max. 60 dB

<b>Rozměry</b>	
Výška	681 mm
Délka	867 mm
Šířka	591 mm

<b>Alarm signalizuje tyto stavy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- porucha napájení</li><li>- vysoká / nízká teplota vzduchu</li><li>- porucha ventilátoru</li><li>- porucha sondy</li><li>- přetopení</li><li>- odpojení topení</li><li>- pokles napájení</li></ul>
-------------------------------------	---

<b>Doba provozu na plně nabitě baterie</b>	min. 4 hod
--	------------

<b>Volitelné vybavení</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Podvozek typ Neotic Extero pro použití v sanitkách</li><li>Podvozek typ PNT – 401 pro použití k transportu v nemocničních</li><li>Hrazda s policí a držákem infuzí</li><li>Vyšetřovací LED světlo</li><li>Fixační popruhy</li><li>Bavlněná přikrývka na zakrytí prostoru novorozence</li></ul>
---------------------------	--



TSE spol. s r. o.  
Mánesova 74, 371 52 České Budějovice  
T: 386 721 117, F: 386 721 102  
medical@tse.cz, www.tse.cz

